

Oggetto:	fornitura, c/o l'Ed. U19 "Ergon" – Milano, del generatore di sorgente neutronica Deuterio-Trizio, del sistema di attrezzature e strumentazioni complementari, del software di gestione e controllo per il funzionamento del laboratorio Sourire e servizio di coordinamento tecnico, di assistenza, manutenzione e garanzia
Valore:	€ 1.791.613,49 di cui € 720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva 22% esclusa)
Procedura adottata:	procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023
Determina a contrarre:	Delibera 251/2023/CdA del 25/05/2023
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 108, comma 1 d.lgs. 36/2023
Codice Identificativo Gara - CIG:	B0C024F193
RUP - Responsabile Unico del Progetto:	Arch. Laura Vergani – Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti (Det. Dir. Prot. n. n.d del 10/05/2023 - UOR: 003198)
Codice Unico di Progetto – CUP:	H44E21002750005
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Dirigente Competente per la procedura di selezione:	Arch. Anna Maria Maggiore – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Valeria Donati - tel. +390264485365

CHIARIMENTI - 3 -

alla data del 22/04/2024

Quesito n. 3

“1) Con riferimento al par. 18.2 del capitolato speciale d'appalto (Pagamenti in acconto), viene riportato che il pagamento del 90% dell'importo relativo alla prestazione CWPI verrà corrisposto alla fornitura con posa eseguita e consegna della documentazione, ma si fa riferimento alla prestazione CWPI nel suo complesso, laddove quest'ultima è composta da innumerevoli sotto-voci e costituisce la quasi totalità dell'importo complessivo posto a base d'asta. Si chiede conferma che sia invece possibile richiedere il pagamento anche alla consegna delle singole sotto-voci (es. voce CWPI.1 o voce CWPI.2).

2) Con riferimento al par. 3.1 del capitolato speciale d'appalto (Prestazione principale CWPI Fornitura di sorgente neutronica, strumentazioni e attrezzature per il laboratorio Sourire), al punto f si richiede che l'Appaltatore debba garantire la conformità delle apparecchiature fornite alle normative di riferimento (CE, CEI, UNI EN ISO) o ad altre disposizioni internazionali. Per quel che riguarda il generatore di neutroni, tutti i potenziali fornitori che abbiamo contattato ci riferiscono che il prodotto non possiede certificazione CE, e che le forniture passate effettuate a clienti europei sono state effettuate senza fornire la relativa certificazione, in quanto trattasi di strumentazione scientifica unica, e non un prodotto destinato al pubblico. Si chiede conferma che sia comunque accettabile la fornitura dello strumento privo di certificazione CE (e quindi delle relative CEI ed UNI UN ISO, ad oggi inesistenti).

3) Con riferimento al cap. CWPI.6 del capitolato tecnico prestazionale (Hardware e software di gestione e controllo), viene indicato che tutto il sw e hw necessario alla gestione, configurazione e funzionamento delle strumentazioni dovrà essere incluso in fornitura. Con particolare riferimento al sistema di controllo della porta bunker e del sistema di ronda, si chiede conferma che lo scopo di fornitura non includa PLC, ma solamente PC e relativi software, e che le certificazioni relative al grado di sicurezza richiesto per questo tipo di sistemi (SIL) siano anch'esse escluse dallo scopo di fornitura.”

Risposta al quesito n.3

- 1) Si conferma quanto previsto al par. 18.2 del capitolato speciale d'appalto (Pagamenti in acconto).
- 2) Tutti gli strumenti e attrezzature della fornitura sono da fornirsi obbligatoriamente con marcatura CE qualora siano prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell'UE che ne richiedono l'apposizione.
- 3) La fornitura non include il Controllore Logico Programmabile, o PLC, né certificazioni relative al grado di sicurezza.

I chiarimenti non modificano gli atti di gara, pertanto il termine di presentazione delle offerte rimarrà invariato, non trovando applicazione il comma 2, lett. a), art. 92, D.Lgs. 36/2023.

VISTO

Il Capo Settore Centrale di Committenza e Gestione Contratti
e Dott. Andrea Ambrosiano

IL RUP

Arch. Laura Vergani

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]